

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องดูดเลือดและเสมหะแรงสูงแบบเคลื่อนที่
(Mobile High Volume Suction)

1. ความต้องการ เครื่องดูดเลือดและเสมหะแรงสูงแบบเคลื่อนที่ มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด
2. วัตถุประสงค์ เพื่อให้ใช้สำหรับดูดเลือด เสมหะและของเหลว ในการผ่าตัด
3. คุณสมบัติทั่วไป
 - 3.1 เป็นเครื่องดูดเลือดและเสมหะแรงดูดสูงใช้หรับใช้งานในห้องผ่าตัด
 - 3.2 ตัวเครื่องเป็นตู้เหล็กหรือไม้ที่ได้เคลือบผิวไว้สนิม มีล้อเคลื่อนพร้อมเบรคล็อก
 - 3.3 ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์
4. คุณสมบัติทางเทคนิค
 - 4.1 มีที่ปรับแรงดูดได้สะดวก สามารถตั้งค่าแรงดูดที่ต้องการให้คงที่โดยสามารถปรับค่าแรงดูดได้ระหว่าง 0 ถึง -700 mm.Hg เป็นอย่างต่ำ
 - 4.2 มีมาตรอ่านแรงดูด โดยแสดงค่าแรงดูด 0 ถึง -760 mm.Hg หรือเทียบเท่า
 - 4.3 ภาชนะบรรจุน้ำลายเป็นขวดใสทำด้วยแก้วหรือพลาสติกขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 2.5 ลิตร จำนวน 2 ขวด บรรจุอยู่ในลิ้นชักตู้
 - 4.4 มอเตอร์ดูดแบบ ROTARY VACUUM พร้อมระบบกันน้ำล้นเข้ามอเตอร์
 - 4.5 หัวดูดเป็น Saliva Ejector พร้อมข้อต่อเข้าท่อดูด
 - 4.6 ท่อดูดยาวไม่น้อยกว่า 1.25 เมตร
 - 4.7 สายไฟ (Main Cable) ยาวไม่น้อยกว่า 3 เมตร
5. เงื่อนไขเฉพาะ
 - 5.1 รับประกันคุณภาพ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งมอบของครบ
 - 5.2 เป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งาน หรือสาธิตมาก่อน
 - 5.3 ผู้จำหน่ายต้องได้รับการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต
 - 5.4 ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานสากล ISO 9001:2008
